

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ»
(Государственное предприятие «НПЦГ»)

Научно-методический испытательный отдел (НМИО) республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» аккредитован в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0341. Срок действия аттестата – до 09.07.2020. Адрес: 220012, г. Минск, ул. Академическая, 8. Тел. +375 (17) 284 13 74, факс +375 (17) 284 04 65.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий научно-методическим испытательным отделом государственного предприятия «НПЦГ»

Н.И. Табелева
«29» июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№0115/ *4941* / 09

образцов масок медицинских, изготовленных и представленных ООО «МедЛен» (Республика Беларусь, 230001, г. Гродно, ул. Глинки, 3), по показателю «воздухопроницаемость (дифференциальное давление)».

Регистрационный (входящий) номер НМИО № 0115/4382 от 11.06.2020.

Заявление Заказчика №436 от 04.06.2020.

Договор № 2587 от 11.06.2020.

Количество испытанных образцов – 3

Начало и окончание испытаний: 11.06.2020 – 25.06.2020.

Акт отбора образцов: образец представлен Заказчиком.

Государственное предприятие «НПЦГ» не несет ответственности за отбор образцов, а также за правильность и достоверность информации, представленной Заказчиком в части отбора образцов и идентификации партии продукции.

Технические нормативные правовые акты (ТНПА), на основании которых проводились испытания:

– ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний».

ТНПА, устанавливающие методы испытаний:

– ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний».

Испытательное оборудование (ИО) и средства измерений (СИ), применяемые при испытаниях

Наименование ИО и СИ	Заводской номер	Дата очередной поверки/калибровки/аттестации
Прибор для определения воздухопроницаемости медицинских масок «Скавыш-М»	20.01.001	27.05.2022
Термогигрометр ИВА-6Н-Д	1662	21.10.2020
Термостат RU/MED	0012/05	18.06.2021

